

Schutzrohr Ø 14

für Fühler Ø 6 - 6.35

Artikel-Nr.


S06114 /

zum Einschweissen

S06114

Art.-Nr.-Schlüssel

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|-----|---------|-----|-------|-----|
| Ausführung | zum Einschweissen | | | | | | | | | |
| Schutzrohr-Nenn-Ø ND | 14 | | | | | | | | | |
| Flanschcode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | s | |
| Standardlänge L | 132 | 162 | 227 | 267 | 327 | 357 | 387 | 477 | 507 | 607 |
| Sonderlänge L | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| Werkstoffcode | A | C | F | G | H | I | J | K | T | |
| Werkstoff | 1.4435 | 1.4539 | 1.4571 | 1.4841 | Hast.C22 | | Hast.B2 | | St 37 | |
| Schutzrohr-Ø Dr | 14 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.72 | | 13.72 | | 14 | |
| Fühlerhülsen-Ø Df | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 9.53 | | 10 | |



| | |
|----------------|-------|
| Firma | _____ |
| Frau/Herr | _____ |
| Tel. | _____ |
| Fax | _____ |
| e-mail | _____ |
| Anfrage vom: | _____ |
| Angebot vom: | _____ |
| Bestellung-Nr. | _____ |
| Projekt | _____ |
| Werkstoff | _____ |
| Anzahl | _____ |
| Preis / Stk | _____ |



MTS Messtechnik
Schaffhausen GmbH
 CH-8260 Stein am Rhein
 Telefon +41 52-672 50 00
 Messen Prüfen Automatisieren www.mts.ch

AJ.SR.4.61.0

| | | |
|-----------|------------------|------|
| | Datum | Name |
| Bearb. | 17.03.2006 | HaRi |
| Dateiname | AJ.SR.4.61.0.dwg | |