

# Techn. Daten Widerstandsthermometer

## Grundwerte

### Grundwerte

Als Grundwert werden die elektrischen Widerstandswerte in Abhängigkeit von der Temperatur nach festgelegten Gleichungen errechnet. Bei den Temperaturangaben ist die Internationale Temperaturskala (ITS 90) zugrunde gelegt. Die Gleichung für den Temperaturbereich -200 ° bis °C lautet:

$$R_t = R_0 \cdot [1 + A \cdot t + B \cdot t^2 + C \cdot (t - 100 \text{ °C}) \cdot t^3]$$

Die Gleichung für den Temperaturbereich 0° bis 850 °C lautet:

$$R_t = R_0 \cdot [1 + A \cdot t + B \cdot t^2]$$

Für die Qualität des Platins, wie sie üblicherweise für industrielle Messwiderstände eingesetzt wird, gelten in diesen Gleichungen die nachfolgenden Konstanten:

$$A = 3,9083 \cdot 10^{-3} \text{ °C}^{-1}$$

$$B = -5,7750 \cdot 10^{-7} \text{ °C}^{-2}$$

$$C = -4,1830 \cdot 10^{-12} \text{ °C}^{-3}$$

Für Platin-Messwiderstände, die dem obigen Zusammenhang entsprechen, ist der Temperaturkoeffizient  $\alpha$  definiert als:

$$\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{100 \cdot R_0} = 0,00385 \text{ °C}^{-1}$$

( $R_{100}/R_0$  = Widerstand bei 100°/0 °C)

Hinweis: Für Berechnungszwecke gilt der genaue Wert von  $\alpha = 0,00385055 \text{ °C}^{-1}$

### Grundwerte nach IEC 751 bzw. EN 60751 für den Temperaturbereich von -200 bis 0 °C

°C	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
-200	18,52	—	—	—	—	—	—	—	—
-190	22,83	22,40	21,97	21,54	21,11	20,68	20,25	19,82	19,38
-180	27,10	26,67	26,24	25,82	25,39	24,97	24,54	24,11	23,68
-170	31,34	30,91	30,49	30,07	29,64	29,22	28,80	28,37	27,95
-160	35,54	35,12	34,70	34,28	33,86	33,44	33,02	32,60	32,18
-150	39,72	39,31	38,89	38,47	38,05	37,64	37,22	36,80	36,38
-140	43,88	43,46	43,05	42,63	42,22	41,80	41,39	40,97	40,56
-130	48,00	47,59	47,18	46,77	46,36	45,94	45,53	45,12	44,70
-120	52,11	51,70	51,29	50,88	50,47	50,06	49,65	49,24	48,83
-110	56,19	55,79	55,38	54,97	54,56	54,15	53,75	53,34	52,93
-100	60,26	59,85	59,44	59,04	58,63	58,23	57,82	57,41	57,01
-90	64,30	63,90	63,49	63,09	62,68	62,28	61,88	61,47	61,07
-80	68,33	67,92	67,52	67,12	66,72	66,31	65,91	65,51	65,11
-70	72,33	71,93	71,53	71,13	70,73	70,33	69,93	69,53	69,13
-60	76,33	75,93	75,53	75,13	74,73	74,33	73,93	73,53	73,13
-50	80,31	79,91	79,51	79,11	78,72	78,32	77,92	77,52	77,12
-40	84,27	83,87	83,48	83,08	82,69	82,29	81,89	81,50	81,10
-30	88,22	87,83	87,43	87,04	86,64	86,25	85,85	85,46	85,06
-20	92,16	91,77	91,37	90,98	90,59	90,19	89,80	89,40	89,01
-10	96,09	95,69	95,30	94,91	94,52	94,12	93,73	93,34	92,95
0	<b>100,00</b>	99,61	99,22	98,83	98,44	98,04	97,65	97,26	96,87

### Grundwerte nach IEC 751 bzw. EN 60751 für den Temperaturbereich von 0 bis 319 °C

°C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	<b>100,00</b>	100,39	100,78	101,17	101,56	101,95	102,34	102,73	103,12
10	103,90	104,29	104,68	105,07	105,46	105,85	106,24	106,63	107,02
20	107,79	108,18	108,57	108,96	109,35	109,73	110,12	110,51	110,90
30	111,67	112,06	112,45	112,83	113,22	113,61	114,00	114,38	114,77
40	115,54	115,93	116,31	116,70	117,08	117,47	117,86	118,24	118,63
50	119,40	119,78	120,17	120,55	120,94	121,32	121,71	122,09	122,47
60	123,24	123,63	124,01	124,39	124,78	125,16	125,54	125,93	126,31
70	127,08	127,46	127,84	128,22	128,61	128,99	129,37	129,75	130,13
80	130,90	131,28	131,66	132,04	132,42	132,80	133,18	133,57	133,95
90	134,71	135,09	135,47	135,85	136,23	136,61	136,99	137,37	137,75
100	138,51	138,88	139,26	139,64	140,02	140,40	140,78	141,16	141,54
110	142,29	142,67	143,05	143,43	143,80	144,18	144,56	144,94	145,31
120	146,07	146,44	146,82	147,20	147,57	147,95	148,33	148,70	149,08
130	149,83	150,21	150,58	150,96	151,33	151,71	152,08	152,46	152,83
140	153,58	153,96	154,33	154,71	155,08	155,46	155,83	156,20	156,58
150	157,33	157,70	158,07	158,45	158,82	159,19	159,56	159,94	160,31
160	161,05	161,43	161,80	162,17	162,54	162,91	163,29	163,66	164,03
170	164,77	165,14	165,51	165,89	166,26	166,63	167,00	167,37	167,74
180	168,48	168,85	169,22	169,59	169,96	170,33	170,70	171,07	171,43
190	172,17	172,54	172,91	173,28	173,65	174,02	174,38	174,75	175,12
200	175,86	176,22	176,59	176,96	177,33	177,69	178,06	178,43	178,79
210	179,53	179,89	180,26	180,63	180,99	181,36	181,72	182,09	182,46
220	183,19	183,55	183,92	184,28	184,65	185,01	185,38	185,74	186,11
230	186,84	187,20	187,56	187,93	188,29	188,66	189,02	189,38	189,75
240	190,47	190,84	191,20	191,56	191,92	192,29	192,65	193,01	193,37
250	194,10	194,46	194,82	195,18	195,55	195,91	196,27	196,63	196,99
260	197,71	198,07	198,43	198,79	199,15	199,51	199,87	200,23	200,59
270	201,31	201,67	202,03	202,39	202,75	203,11	203,47	203,83	204,19
280	204,90	205,26	205,62	205,98	206,34	206,70	207,05	207,41	207,77
290	208,48	208,84	209,20	209,56	209,91	210,27	210,63	210,98	211,34
300	212,05	212,41	212,76	213,12	213,48	213,83	214,19	214,54	214,90
310	215,61	215,96	216,32	216,67	217,03	217,38	217,74	218,09	218,44

# Techn. Daten Widerstandsthermometer

## Grundwerte

Grundwerte nach IEC 751 bzw. EN 60751 für den Temperaturbereich von 320 bis 850 °C

°C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
320	219,15	219,51	219,86	220,21	220,57	220,92	221,27	221,63	221,98	222,33
330	222,68	223,04	223,39	223,74	224,09	224,45	224,80	225,15	225,50	225,85
340	226,21	226,56	226,91	227,26	227,61	227,96	228,31	228,66	229,02	229,37
350	229,72	230,07	230,42	230,77	231,12	231,47	231,82	232,17	232,52	232,87
360	233,21	233,56	233,91	234,26	234,61	234,96	235,31	235,66	236,00	236,35
370	236,70	237,05	237,40	237,74	238,09	238,44	238,79	239,13	239,48	239,83
380	240,18	240,52	240,87	241,22	241,56	241,91	242,26	242,60	242,95	243,29
390	243,64	243,99	244,33	244,68	245,02	245,37	245,71	246,06	246,40	246,75
400	247,09	247,44	247,78	248,13	248,47	248,81	249,16	249,50	249,85	250,19
410	250,53	250,88	251,22	251,56	251,91	252,25	252,59	252,93	253,28	253,62
420	253,96	254,30	254,65	254,99	255,33	255,67	256,01	256,35	256,70	257,04
430	257,38	257,72	258,06	258,40	258,74	259,08	259,42	259,76	260,10	260,44
440	260,78	261,12	261,46	261,80	262,14	262,48	262,82	263,16	263,50	263,84
450	264,18	264,52	264,86	265,20	265,53	265,87	266,21	266,55	266,89	267,22
460	267,56	267,90	268,24	268,57	268,91	269,25	269,59	269,92	270,26	270,60
470	270,93	271,27	271,61	271,94	272,28	272,61	272,95	273,29	273,62	273,96
480	274,29	274,63	274,96	275,30	275,63	275,97	276,30	276,64	276,97	277,31
490	277,64	277,98	278,31	278,64	278,98	279,31	279,64	279,98	280,31	280,64
500	280,98	281,31	281,64	281,98	282,31	282,64	282,97	283,31	283,64	283,97
510	284,30	284,63	284,97	285,30	285,63	285,96	286,29	286,62	286,95	287,29
520	287,62	287,95	288,28	288,61	288,94	289,27	289,60	289,93	290,26	290,59
530	290,92	291,25	291,58	291,91	292,24	292,56	292,89	293,22	293,55	293,88
540	294,21	294,54	294,86	295,19	295,52	295,85	296,18	296,50	296,83	182,82
550	297,49	297,81	298,14	298,47	298,80	299,12	299,45	299,78	300,10	186,47
560	300,75	301,08	301,41	301,73	302,06	302,38	302,71	303,03	303,36	190,11
570	304,01	304,34	304,66	304,98	305,31	305,63	305,96	306,28	306,61	193,74
580	307,25	307,58	307,90	308,23	308,55	308,87	309,20	309,52	309,84	197,35
590	310,49	310,81	311,13	311,45	311,78	312,10	312,42	312,74	313,06	200,95
600	313,71	314,03	314,35	314,67	314,99	315,31	315,64	315,96	316,28	204,55
610	316,92	317,24	317,56	317,88	318,20	318,52	318,84	319,16	319,48	208,13
620	320,12	320,43	320,75	321,07	321,39	321,71	322,03	322,35	322,67	211,70
630	323,30	323,62	323,94	324,26	324,57	324,89	325,21	325,53	325,84	215,25
640	326,48	326,79	327,11	327,43	327,74	328,06	328,38	328,69	329,01	218,80
650	329,64	329,96	330,27	330,59	330,90	331,22	331,53	331,85	332,16	222,33
660	332,79	333,11	333,42	333,74	334,05	334,36	334,68	334,99	335,31	225,85
670	335,93	336,25	336,56	336,87	337,18	337,50	337,81	338,12	338,44	229,37
680	339,06	339,37	339,69	340,00	340,31	340,62	340,93	341,24	341,56	232,87
690	342,18	342,49	342,80	343,11	343,42	343,73	344,04	344,35	344,66	236,35
700	345,28	345,59	345,90	346,21	346,52	346,83	347,14	347,45	347,76	239,83
710	348,38	348,69	348,99	349,30	349,61	349,92	350,23	350,54	350,84	243,29
720	351,46	351,77	352,08	352,38	352,69	353,00	353,30	353,61	353,92	246,75
730	354,53	354,84	355,14	355,45	355,76	356,06	356,37	356,67	356,98	250,19
740	357,59	357,90	358,20	358,51	358,81	359,12	359,42	359,72	360,03	253,62
750	360,64	360,94	361,25	361,55	361,85	362,16	362,46	362,76	363,07	257,04
760	363,67	363,98	364,28	364,58	364,89	365,19	365,49	365,79	366,10	260,44
770	366,70	367,00	367,30	367,60	367,91	368,21	368,51	368,81	369,11	263,84
780	369,71	370,01	370,31	370,61	370,91	371,21	371,51	371,81	372,11	267,22
790	372,71	373,01	373,31	373,61	373,91	374,21	374,51	374,81	375,11	270,60
800	375,70	376,00	376,30	376,60	376,90	377,19	377,49	377,79	378,09	273,96
810	378,68	378,98	379,28	379,57	379,87	380,17	380,46	380,76	381,06	277,31
820	381,65	381,95	382,24	382,54	382,83	383,13	383,42	383,72	384,01	280,64
830	384,60	384,90	385,19	385,49	385,78	386,08	386,37	386,67	386,96	283,97
840	387,55	387,84	388,14	388,43	388,72	389,02	389,31	389,60	389,90	287,29
850	390,48	–	–	–	–	–	–	–	–	–